



ZypAdhera

*Olanzapin pulver og solvens til
depotinjektionsvæske suspension*

INSTRUKTIONER I REKONSTITUTION OG ADMINISTRATION

Processen

- Tilberedning
 - Klargøring af injektionsudstyret
 - Bestemmelse af mængden af solvens til rekonstitution
 - Rekonstituering af ZypAdhera®
- Administration
- (Kanyler og sikkerhedsinformation)

Tilberedning

TRIN 1: Klargøring af materialet

Tag pakkens indhold ud



Pakken indeholder:

- **Hætteglas med ZypAdhera[®] pulver** til depotinjektionsvæske, suspension
- **Hætteglas med solvens** til ZypAdhera[®]
- En Hypodermic Needle-Pro[®] **sprøjte og sikkerhedskanyle** (19-gauge, 38 mm).
- **To** Hypodermic Needle-Pro[®] **sikkerhedskanyler** (19-gauge, 38 mm)

Tilberedning

TRIN 2: Beregning af mængde fortyndingsvæske

Denne tabel viser mængden af solvens som skal benyttes til tilberedning af ZypAdhera® pulver til depotinjektionsvæske.

ZypAdhera® styrke på hætteglas (mg)	Mængde fortyndingsvæske som skal tilsættes (ml)
210	1.3
300	1.8
405	2.3

Det er vigtigt at være klar over at der er mere solvens i hætteglasset end det der er brug for til rekonstituering.

Tilberedning

TRIN 3: Tilberedning af ZypAdhera®

- Løsgør pulveret ved at **banke hætteglasset let**.
- **Træk den forudbestemte mængde solvens op i sprøjten** (beregnet i trin 2), og indsprøjt fortyndingsvæsken i hætteglasset med pulver.
- **Hætteglasset bankes let, men fast og gentagne gange imod en hård overflade, indtil der ikke er noget synligt pulver (figur a).**



Figur a

- **Kontroller at der ikke er klumper i hætteglasset.** Pulver som ikke er opslæmmet ses som gule, tørre klumper som klæber til hætteglasset. **Det kan være nødvendigt at banke yderligere** hvis der stadigvæk er klumper (se figur B).



Ikke suspenderet: synlige klumper



Suspenderet: ingen klumper

Figur B: Check om der er klumper og fortsæt proceduren hvis det er nødvendigt.

Tilberedning

TRIN 3: Tilberedning af ZypAdhera®

- **Ryst hætteglasset kraftigt til suspensionen virker jævn og er ensartet i farve og struktur.** Opløsningen skal være gul og uigennemsigtig (se figur C).



Figur C: Ryst hætteglasset kraftigt

Skulle der dannes skum, så lad hætteglasset stå, indtil skummet forsvinder. Hvis produktet ikke benyttes straks, skal det rystes kraftigt for at få det ensartet igen.

Administration

TRIN 4: Injektion af ZypAdhera®

Denne tabel bestemmer den mængde af ZypAdhera® suspension som skal injiceres.

Dosis (mg)	ZypAdhera® indhold i hætteglas (mg)	Slutvolumen som skal injiceres (ml)
150	210	1.0
210	210	1.4
300	300	2.0
405	405	2.7

Suspensionens koncentration er altid 150 mg/ml olanzapin.

- Sæt en sikkerhedskanyle på sprøjten.
- **Træk langsomt den ønskede mængde ud.** NB! Der vil være noget tilbage i hætteglasset
- Fastgør sikkerhedskanylens kanylebeskyttelsesudstyr og fjern kanylen fra sprøjten. (Når suspensionen er trukket op af hætteglasset **skal den anvendes straks**).
- Udvælg og forbered et injektionssted i lænderegionen.

KUN TIL DYB INTRAMUSKULÆR GLUTEAL INJEKTION.

Administration

TRIN 4: Injektion af ZypAdhera®



- Prepare Materials
- Determine Reconstitution Volume
- Reconstitute
- Inject